

MARCA _____

WomanCare
GLOBAL



FICHA TÉCNICA

EQUIPO DE AMEU IPAS PLUS C/8 CANULAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Válvula con 2 botones que controlan el vacío, tapa y revestimiento desmontable.
- Un embolo con base y brazos.
- Anillo en el embolo, un cierre y puntero de conexión con sus respectivas trabas.
- Cilindro de 60 ml para almacenar el contenido uterino evacuado, con un clip de protección del anillo de seguridad.
- Tamaño de las cánulas 4,5,6,7,8,9,10 12 mm.
- Las cánulas son esterilizadas por óxido de etileno.



PAÍS DE PROCEDENCIA

TAIWAN

PACIFIC HOSPITAL SUPPLY CO. LTD WOMAN CARE GLOBAL.



REGISTRO
SANITARIO

DI - 72948/2020 DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2020
ASPIRADOR DE AMEU PLUS: DI - 70956/2019 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(IMPORTADORA TAMIVA ADJUNTA FORMULARIO 027 DOCUMENTO DE RESPALDO
EN TRÁMITE DE REINSCRIPCIÓN)



IMPORTADORA TAMIVA
INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS